

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
(Gọi chung là “nhà cung cấp”)

Trung tâm Y tế thị xã An Khê có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác xét nghiệm năm 2024 của Trung tâm Y tế thị xã An Khê” để phục vụ công tác xét nghiệm chẩn đoán khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế thị xã An Khê, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thị xã An Khê. Địa chỉ: Tổ 2, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Dược sỹ Nguyễn Ngọc Hải – khoa dược – TTB – VTYT, Trung tâm Y tế thị xã An Khê. Số điện thoại: 0974246777(hoặc 0706246777), Email: haitong 8281@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhà cung cấp gửi báo giá cho đơn vị theo một trong các cách thức sau đây:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược – TTB – VTYT, Trung tâm Y tế thị xã An Khê (Địa chỉ: Tổ 2, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai), Dược sỹ Hải: khoa dược – TTB – VTYT, số điện thoại: 0974246777(hoặc 0706246777)

- Nhận qua email: haitong 8281@gmail.com

- Nhận qua Fax: 02693.832.238

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 03 tháng 10 năm 2024 đến trước 17h ngày 12 tháng 10 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày, kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế, Hóa chất (gọi chung là thiết bị, hóa chất).

2.

STT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số Lượng	Đơn vị tính
1	Máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động Abbott Urometer 120 (máy phân tích nước tiểu)	Máy xét nghiệm nước tiểu Bán tự động Abbott Urometer 120 - Tối đa 300 test/giờ - Nhập ID thông qua bàn phím trên máy, bàn phím ngoài, kết nối với PC, Barcode - Bộ nhớ 100,000 kết quả. Cổng kết nối RS232, USB Keyboard, USB - Đầu đọc 3 bước sóng - Tự động hiệu chuẩn - In nhiệt trên máy	01	chiếc

		- Độ nhạy phân tích: Máu 5 ~ 10 RBC/ $\mu\ell$ Bilirubin 0.5 mg/dL, Urobilinogen 0.1 ~ 1 mg/dL, Ketone 5-10 mg/dL, Protein 10-30 mg/dL, Nitrite 0.1 mg/dL, Glucose 100 mg/dL, Bạch Cầu 10 ~ 25 WBC/ $\mu\ell$, Acid ascorbic 10 mg/dL		
2	Máy xét nghiệm đông máu Dutch DCA-2 Model: DCA-2 Mã sản phẩm: CD05-2-07 Nước sản xuất: Đức	- Phương pháp đo: • Độ hấp thụ ánh sáng (Turbodensitometric) với chức năng tự động bắt đầu đo. • Phương pháp đo quang tự động điều chỉnh mức không và thanh từ khuấy cho sợi hemo phản ứng hoàn toàn làm tăng độ nhạy. - Khối đo: • Có 2 kênh đo. • Có 4 vị trí để hóa chất (1 vị trí khuấy) • Có 18 vị trí ủ ấm công đo (cuvet) - Các xét nghiệm: • PT • aPTT • Fibrinogen • Thrombin Time • Single Factors - Lượng test. • Cuvet cỡ nhỏ micro đơn. • Tổng lượng tối thiểu 150 μL đến tối đa 300 μL . - Phần mềm: • Tất cả các hóa chất có thể chỉnh sửa, sao chép và thay đổi. • Có thể lưu trữ lên tới 15 loại xét nghiệm. • Phần mềm đa ngôn ngữ. • Tự động tính toán giây, %, INR, g/l, mg/dl, Ratio. • Đường cong chuẩn/tham chiếu có thể chỉnh sửa lên tới 9 điểm. • Dữ liệu truyền tới SD-CARD hoặc máy tính ngoài (tùy chọn). • Có thể kết nối với Pipet điện. • Nhận cuvet tự động và tính toán. • Ứng dụng cài đặt các test có thể lấy ra hoặc lưu vào Chip-CARDTM. - Phần cứng : • Máy in trong • Bộ thẻ đọc ChipCARD® • Thẻ nhớ SD-Card - Dữ liệu kỹ thuật : • Nguồn điện vào 115/230V, 50/60 Hz • Trọng lượng: 3.9Kg • Kích thước: 26,5 x 33,0 x 8,0 cm (rộng x sâu x cao)	01	Chiếc

		- Chọn thêm: • Pipet điện. • Kết nối máy in ngoài.		
3	Máy đo nồng độ cồng Sentech AL9010	Màn hình hiển thị LED Độ chính xác $\pm 0,005\%$ BAC tại $0,100\%$ BAC Loại Pin 2 pin AAA 1,5V Kích thước 106mm x 50mm x 25mm Trọng lượng sản phẩm 100g Sản xuất tại Hàn Quốc Xuất xứ thương hiệu Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng Sentech AL9010 sử dụng công nghệ đầu dò Fuel Cell giúp đo nồng độ cồng trong hơi thở một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp, kết quả đo được hiển thị chính xác, rõ nét trên màn hình LCD. Máy sẽ kêu 3 tiếng bíp nếu phát hiện cồng trong hơi thở của bạn. Máy có thiết kế nhỏ gọn và rất nhẹ thuận tiện cho việc sử dụng cầm tay, bạn có thể mang đi đến bất cứ đâu. Sentech AL9010 sử dụng pin tiêu phổ biến, rất dễ thay thế pin khi hết pin. Máy đo nồng độ cồng Sentech AL9010 cho phép kết nối với máy tính hoặc máy in cầm tay, thuận tiện cho việc in ấn hoặc sao lưu kết quả. Ngoài ra máy đo nồng độ cồng Sentech AL9010 có thể lưu trữ lên đến 500 kết quả kiểm tra. Máy sử dụng rất dễ dàng, chỉ cần bật nút nguồn, chờ một lát sau đó thổi hơi thở vào ống ngậm, kết quả đo sẽ được hiển thị nhanh chóng với độ chính xác cao ($\pm 0,005\%$ BAC tại $0,100\%$ BAC). Thang đo: 0.000 - 4.000 ‰ hoặc 0.000 - 0.400% BAC hoặc 0.000 - 2.000 mg/l BRAC bởi màn hình LCD. Sản phẩm bao gồm: 1 máy chính 2 pin 1 tài liệu HDSD	01	Chiếc
Tổng cộng : 03 khoản				

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt giao hàng: tại khoa xét nghiệm- chẩn đoán hình ảnh (Địa chỉ: Tổ 2, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai);

- Yêu cầu về vận chuyển, bảo quản thiết bị y tế:

+ Hàng hóa phải được giao vào tận kho của Khoa xét nghiệm- chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế thị xã An Khê;

+ Hàng hóa phải được bảo quản đúng theo quy định của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Hàng hóa sẽ giao theo từng đợt dự trù của Trung tâm và thời gian giao hàng trong vòng 12 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không yêu cầu

- Thanh toán:

+ Hình thức: chuyển khoản

+ Thanh toán trong vòng 90 ngày, kể từ ngày hai bên ký nghiệm thu bàn giao hàng hóa theo từng đợt hàng dự trù.

Trân trọng!

GIÁM ĐỐC



Trần Đức Phương



**TTYT Thị Xã An Khê
Khoa Dược**

DỰ TRÙ THUỐC BHYT THÁNG 10 NĂM 2024

Công ty Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Phúc An

STT	Tên thuốc- Hàm lượng	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng dự trữ	Ghi chú
1	Lisnospan Standard (36mg+ 18,13mcg)/1,8ml	Pháp	Ổng	600	
	Tổng cộng: 01 Khoản				

Ngày 02 tháng 10 năm 2024

Người Dự Trù

Trưởng Khoa

Giám Đốc

[Signature]

Ds Nguyễn Ngọc Tú

Causes

Ds Lê Văn Lũy



Trần Đức Phương