

SỞ Y TẾ GIA LAI
TRUNG TÂM Y TẾ AN KHÊ
Số: 411/YCBG/TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Khê, ngày 08 tháng 10 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

(Gọi chung là “nhà cung cấp”)

Trung tâm Y tế An Khê có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “*Mua sắm y dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn năm 2025 của đơn vị*”, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: *Trung tâm Y tế An Khê*. Địa chỉ: Số 01 Chu Văn An, Phường An Khê, Tỉnh Gia Lai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Dược sỹ Lê Văn Lũy – Trưởng khoa dược – TTB – VTYT, Trung tâm Y tế An Khê. Số điện thoại: **0902.654632**. Email: *dsluy67@gmail.com*.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhà cung cấp gửi báo giá cho đơn vị *theo một trong* các cách thức sau đây:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược – TTB – VTYT, Trung tâm Y tế An Khê

(Địa chỉ: Số 01 Chu Văn An, Phường An Khê, Tỉnh Gia Lai), (Dược sỹ Hải: Khoa dược – TTB – VTYT, số điện thoại: 0974.246.777)

- Nhận qua email: *haitong8281@gmail.com*

- Nhận qua Fax: 02693.832.238

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 08 tháng 10 năm 2025 đến trước 17h ngày 17 tháng 10 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày, kể từ ngày 80 tháng 10 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục dụng cụ y tế sử dụng cho y tế (gọi chung là y dụng cụ).



STT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số Lượng	Đơn vị tính
I	Vật tư y tế			
1	Bộ dụng cụ rửa mắt	- Vật liệu sản phẩm: INOX 304 - Loại gắn tường cố định, sử dụng nguồn nước trực tiếp - Đầu phun inox, có nắp đậy vòi phun bằng nhựa cố định trên thân vòi sẽ không bị lấy mất, có chức năng lọc bụi bẩn trong nước, tạo bọt làm mềm nước và duy trì áp lực nước đều đặn. - Nguồn nước cấp phi 21 chờ ren trong, nước xả phi 42 chờ ren trong (Phù hợp đầu nối nhựa Bình Minh) - Đường kính chậu 29.5cm, chậu lớn giúp giảm tình trạng nước văng ra ngoài - Khoảng cách 2 đầu phun 16cm - Tay đẩy bằng inox 304, vận hành van bi - Van đóng khi Tay đẩy vuông góc với van bi. - Van mở khi Tay đẩy song song với van bi - Lưu lượng: >15L/Min= 3GPM - Yêu cầu dòng nước với áp suất từ 2bar (0.2 mpa)	1	Cái
2	Nhiệt kế tủ lạnh	Khoảng đo: -30 độ C đến 30 độ C (-20 độ F đến 80 độ F) Kích thước: Dài 11.5cm Màu: Trắng Chất liệu: Nhựa	2	Cái
3	Bóng đèn Slit lamp SL-450	6V4,5A (Japan)	3	Cái
4	Đèn cực tím 120cm	Bóng đèn cực tím UV dài 120cm	1	Cái
5	Vòng đeo tay an toàn cho người lớn	Chất liệu nhựa y tế, mềm, có đầy đủ các màu, dài 240mm, rộng 22mm Tiêu chuẩn ISO 9001:2015	500	Cái
6	Vòng đeo tay an toàn cho trẻ em	Chất liệu nhựa y tế, mềm, có đầy đủ các màu, dài 175mm, rộng 22mm Tiêu chuẩn ISO 9001:2015	200	Cái
	Tổng cộng: 06 Khoản			

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm Y tế An Khê (Địa chỉ: Số 01 Chu Văn An, Phường An Khê, Tỉnh Gia Lai);

- Yêu cầu về vận chuyển, bảo quản thiết bị y tế:

+ Hàng hóa phải được giao vào tận kho của Khoa dược – TTB – VTYT, Trung tâm Y tế An Khê;

+ Hàng hóa phải được bảo quản đúng theo quy định của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Hàng hóa sẽ giao theo từng đợt dự trữ của Trung tâm và thời gian giao hàng trong vòng 12 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không yêu cầu


- Thanh toán:

+ Hình thức: chuyển khoản

+ Thanh toán trong vòng 90 ngày, kể từ ngày hai bên ký nghiệm thu bàn giao hàng hóa theo từng đợt hàng dự trữ.

Trung Tâm Y Tế An Khê trân trọng!

GIÁM ĐỐC



BSCKL Trần Đức Phương

