

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ AN KHÊ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14 /YCBG-TTAK-DVTTBYT

An Khê, ngày 17 tháng 08 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
(Gọi chung là “nhà cung cấp”)

Trung tâm Y tế An Khê có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm: “Máy điện châm và máy xông khí dung của Trung tâm Y tế An Khê”. với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế An Khê. Địa chỉ: 01- Chu Văn An, Phường An Khê, Tỉnh Gia Lai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Dược sỹ Nguyễn Ngọc Hải – khoa dược – VTTBYT, Trung tâm Y An Khê. Số điện thoại: 0974246777 (hoặc 0706246777), Email: haitong 8281@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhà cung cấp gửi báo giá cho đơn vị theo một trong các cách thức sau đây:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược – VTTBYT, Trung tâm Y tế An Khê

(Địa chỉ: 01-Chu Văn An, Phường An Khê, Tỉnh Gia Lai), Dược sỹ Hải: khoa dược – VTTBYT, số điện thoại: 0974246777(hoặc 0706246777)

- Nhận qua email:haitong 8281@gmail.com

- Nhận qua Fax: 02693.832.238

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 17 tháng 08 năm 2026 đến trước 17h ngày 21 tháng 08 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày, kể từ ngày 22 tháng 08 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: (gọi chung là thiết bị).

STT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số Lượng	Đơn vị tính
1	Máy điện châm (Mã hiệu: KWD-808-1; Nhãn hiệu Great Wall; Hãng sản xuất/Nước sản xuất: Wujin Greatwall Medical Device Co., Ltd. Changzhou/Trung Quốc)	- Máy chính - Adapter chuyển đổi dòng điện - Dây châm cứu - Các phụ kiện khác Đặc tính kỹ thuật chính: - Có thể điều chỉnh tần số và cường độ. - Có chế độ hẹn giờ. - Có nhiều loại sóng xung để lựa chọn, tối thiểu 5 sóng xung: Sóng cơ bản, sóng liên tục, sóng nén, sóng gián đoạn, sóng dao động. - Tần số xung điện dao động từ 1,2Hz-55Hz và bề rộng của bước sóng từ 0,6ms. - Độ bền cao, dễ sử dụng, an toàn. - Nguồn điện: Pin/adapter - Yêu cầu: Mã máy hoặc Seri máy; số ĐK hoặc GPLH:	04	Cái
2	Máy xông khí dung Model: NE-C106.	Mô tả sản phẩm: Máy xông khí dung nén khí. Nguồn điện: 230 V ~ 50 Hz. Công suất: 110 VA. Dòng điện: T1.6AL250V. Chế độ vận hành: Sử dụng liên tục. Nhiệt độ/ Độ ẩm/ Áp suất vận hành: +10°C đến +40°C / 10% đến 85% RH (không ngưng tụ)/ 700 - 1060 hPa. Nhiệt độ/ Độ ẩm/ Áp suất lưu trữ: -20°C đến +70°C / 5% đến 95% RH / 690 - 1060 hPa. Cân nặng: Xấp xỉ 1,05 kg (chỉ đối với máy nén khí). Kích thước: Xấp xỉ 165 (rộng) x 131 (sâu) x 109 (cao) mm (chỉ máy chính). Thành phẩm: Máy xông chính, bộ xông, ống khí (PVC, 100cm), ống ngậm, mặt nạ người lớn, mặt nạ trẻ em, lọc khí x2, sách hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành. Yêu cầu: Mã máy hoặc Seri máy; số ĐK hoặc GPLH:	08	Cái
Tổng cộng : 02 khoản				

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt giao hàng: tại khoa xét nghiệm- chẩn đoán hình ảnh (Địa chỉ: 01-Chu Văn An, Phường An Khê, Tỉnh Gia Lai);

- Yêu cầu về vận chuyển, bảo quản thiết bị y tế:

+ Hàng hóa phải được giao vào tận kho của Khoa Dược vật tư thiết bị y tế của Trung tâm Y tế An Khê;

+ Hàng hóa phải được bảo quản đúng theo quy định của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Hàng hóa sẽ giao theo dự trù của Trung tâm và thời gian giao hàng trong vòng 10 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không yêu cầu

- Thanh toán:

+ Hình thức: chuyển khoản


+ Thanh toán trong vòng 90 ngày, kể từ ngày hai bên ký nghiệm thu bàn giao hàng hóa theo từng đợt hàng dự trù.

Trung tâm Y tế An Khê Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Trên;

- Lưu: VT, DVTTBYT.



GIÁM ĐỐC

Trần Đức Phương