SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI **TRUNG TÂM Y TẾ AN KHÊ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1342/TTAK-DVTTBYT V/v yêu cầu báo giá Máy đo khúc xạ kế tự động	*An Khê, ngày 04 tháng 11 năm 2026*

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

(Gọi chung là "nhà cung cấp")

Trung tâm Y tế An Khê có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm: "Máy đo khúc xạ tự kế tự động cho Khám bệnh, Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng của Trung tâm Y tế An khê". với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế An Khê. Địa chỉ: 01- Chu Văn An, Phường An Khê, Tỉnh Gia Lai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Dược sỹ Nguyễn Ngọc Hải – khoa dược – VTTBYT, Trung tâm Y An Khê. Số điện thoại: 0974246777 (hoặc 0706246777), Email: haitong 8281*@gmail.com.*

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhà cung cấp gửi báo giá cho đơn vị *theo một trong* các cách thức sau đây:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược – VTTBYT, Trung tâm Y tế An Khê

(Địa chỉ: 01-Chu Văn An, Phường An Khê, Tỉnh Gia Lai), Dược sỹ Hải: khoa dược – VT, TBYT, số điện thoại: 0974246777 (hoặc 0706246777)

- Nhận qua email:haitong 8281@gmail.com

- Nhận qua Fax: 02693.832.238

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h30' ngày 04 tháng 11 năm 2026 đến trước 17h ngày 09 tháng 11 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày, kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa (gọi chung là thiết bị)

STT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số Lượng	Đơn vị tính
1	Máy đo khúc xạ kế tự động - Model: FR 8900 - Hãng SX: FLO - Nước SX: Trung Quốc	- Máy đo khúc xạ kế tự động: 01 cái - Model: FR 8900 - Hãng SX: FLO - Nước SX: Trung Quốc - Khúc xạ đo lường: + Vertex khoảng cách (VD): 0 mm, 12.0 mm, 13.75 mm, 15.0 mm + Đo khúc xạ: 0.12/0.25 – 25.00 ~ + 25.00 D (D bước chiều dài) (VD) = 12 mm + Vị trí trục: 1 ° ~ 180 ° (bước 1 °) + Phạm vi của PD: 45 ~ 85 mm (độ chính xác 0.5 mm) + Tối thiểu pupil đường kính đo lường: 2.0 mm + Tụ động làm mờ sương - Sản phẩm đặc điểm kỹ thuật: + Hiển thị: 5.7 inch TFT màu sắc trung thực màn hình tinh thể lỏng + Máy in nhiệt + Các nguồn cung cấp điện: AC 100 ~ 240 V, 50/60 HZ **Yêu cầu thiết bị phải có:** **+C/O (Certificate of Origin):** Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. **+C/Q (Certificate of Quality):** Giấy chứng nhận chất lượng từ nhà sản xuất. +Hướng dẫn sử dụng	01	**Máy**
Tổng cộng: 01 khoản				

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt giao hàng: tại Khoa Khám bệnh, Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng *(Địa chỉ: 01-Chu Văn An, Phường An Khê, Tỉnh Gia Lai);*

- Yêu cầu về vận chuyển, bảo quản thiết bị y tế:

+ Hàng hóa phải được giao vào tận Khoa Khám bệnh, Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng của Trung tâm Y tế An Khê và phải tiến hành lắp ráp, hướng dẫn sử dụng và bàn giao nghiệm thu ;

+ Hàng hóa phải được bảo quản và có thời gian bảo hành đúng theo quy định của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Hàng hóa sẽ giao theo dự trù của Trung tâm và thời gian giao hàng trong vòng 05 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng

- Tạm ứng: Không yêu cầu

- Thanh toán:

+ Hình thức: chuyển khoản

+ Thanh toán trong vòng 90 ngày, kể từ ngày hai bên ký nghiệm thu bàn giao hàng hóa theo hóa đơn.

Trung tâm Y tế An Khê Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như Trên;
- Lưu: VT, DVTTBYT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI
TRUNG TÂM Y TẾ AN KHÊ

Thái Thị Ngọc An